

Naručilac: **Rudnik uglja AD Pljevlja**

Broj: 02/1-1114/2

Pljevlja, 04.02.2026. godine

U skladu sa članom 4 stav 4 tačka 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023., 49/2024 od 29.05.2024.), Naručilac Rudnika uglja AD Pljevlja, objavljuje:

IZMJENU 1

zahtjeva za dostavljanje ponuda

**Broj u CEJN-u 107389 od 30.01.2026. godine, za jednostavnu nabavku robe,
Laboratorijski mlin i sušnica za sušenje uzoraka**

1. Mijenja se tehnička specifikacija za stavku 2. predmeta i glasi:

-Dimenzije: min. 1700x1200x700 mm (dimenzije cijele sušnice). Dubina sušnice 700 mm. Unutrašnja zapremina: u min 760 litara, min. 10 polica dimenzija min. 1200x500 mm. Vrata dvokrilna, dimenzije jednog krila min. 1350x580x20 mm (visina x širina x debljina). Al. posude min. 450x350x45 mm, kom. min. 20. Zapremina Al. posude min 1,5 kg. Odvodno savitljivo crijevo za odvod prerađenog vazduha, koji je prošao kroz sušnicu min. ϕ 100. Ventilator min. 220W-100 V. Grijači 3 kom x 2kW

2. Kraj podnošenja ponuda i datum otvaranja ponuda se mijenja i glasi:
09.02.2026. godine do 12:00 časova.

3. Ostale odredbe zahtjeva za dostavljanje ponuda ostaju nepromijenjene.

**Službenik za javne nabavke
Dusko Leković, predsjednik**

