



Opšta Bolnica Pljevlja

Lovčenskog bataljona bb, 84 210 Pljevlja, tel/fax:052-300-169, e-mail:uprava@bolnicapv.com, opstabolnicapv@gmail.com

Црна Гора  
Јавна здравствена установа  
Општа болница  
Број: 01-454  
Пљевља, 06.02.2026 год.

## POJAŠNJENJE ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Jedan od potencijalnih ponuđača obratio se dana 06.02.2026.godine sa zahtjevom za izmjenu Zahtjeva za dostavljanje ponuda:

1. Potencijalni Ponuđač je u svom Zahtjevu za izmjenu naveo da može da ponudi reagente za aparat CA600 I predložio da se reagenti za pomenuti aparat odvoje u posebnu partiju.

ODGOVOR: Zahtjev za izmjenu Naručiocu nije prihvatljiv

POJAŠNJENJE: Ustanova radi na aparatu CA104, dok aparat CA600 je pomoćni koji se koristi u rijetkim situacijama I isti zahtjeva veoma malu količinu reagenasa. Samim tim Naručilac ne može da garantuje da će za taj aparat biti potrebe da se troše reagenti, niti može isplanirati količinu istih.

Predsjednik komisije  
Tina Cerović

