

Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-11317/10
Podgorica: 16.05.2022. godine

POJAŠNJENJE 3
TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 5/22 OD 06.05.2022. GODINE

U vezi sa zahtjevom za pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 5/22 od 06.05.2022. godine, koji je dostavljen putem CEJN dana 13.05.2022. godine, dajemo odgovor na postavljeno pitanje:

Pitanje: Za partiju 33 se kaže: „.... klinička efikasnost i odsustvo problema kasnih tromboza dokazani kliničkim studijama (najmanje 3)...” Do sada ste zahtijevali za partiju DES-a sa ovakvim karakteristikama da su tražene 3 kliničke studije publikovane, multicentrične, randomizovane i da se odnose na ponuđeno medicinsko sredstvo, a objavljene su u časopisu koji je u godini objavljivanja bio listiran u Current Contents referentnoj bazi podataka, za svaku studiju sa pojedinačnim impakt faktorom (IF) većim ili jednakom od 1.5, a niste prihvatili studije koje se odnose na prethodnu generaciju stenta, ukoliko su radene na drugačijem materijalu stenta, ukoliko je korišćen drugi lijek na stentu, ukoliko je korišćen drugačiji tip polimera ili su napravljene izmjene u dizajnu/platformi stenta. Da li tako važi i za ovaj tender?”

Odgovor: Zahtjev u pogledu studija koje je potrebno dostaviti u vezi sa ponuđenim stentovima je jasno naveden u uslovima i specifikaciji predmeta nabavke i kao takav mora biti ispoštovan da bi ponuda bila ocijenjena kao ispravna u tom dijelu.

U ime Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Jelena Mićanović, predsjednik

