

Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-11317/16
Podgorica: 27.05.2022. godine

POJAŠNJENJE 5
TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 5/22 OD 06.05.2022. GODINE

U vezi sa zahtjevom za pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 5/22 od 06.05.2022. godine, koji je dostavljen putem CEJN dana 26.05.2022. godine, dajemo odgovor na postavljeno pitanje:

Pitanje: „U dijelu specifikacije za partiju 29 „platina-hrom ili kobalt-hrom, da li biste razmotrili da se izuzme kobalt-hrom iz specifikacije i doda minimum 1 mjesec DAPT? Dokazano je da koronarni stentovi izrađeni od platina hroma imaju bolju vidljivost pod rentgenom od stentova izrađenih od kobalt-hroma, pa smatramo da je to osobina koja doktorima umnogome olakšava proceduru ugradnje stenta. Materijal kobalt-hrom je takođe tražen u većini ostalih partija za koronarne stentove, pa smatramo da je raznolikost materijala zbog gore navedenog razloga značajna. Takođe smatramo da je dodavanje DAPT u specifikaciji od izuzetnog kliničkog značaja”?

Odgovor: Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke ne prihvata Vaš predlog za izmjenu tehničke specifikacije u dijelu koji se odnosi na partiju 29.

U ime Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Jelena Mićanović, predsjednik

