



Broj: 03/01-20189/41
Podgorica, 28.10.2022. godine

**Odgovor na zahtjev za izmjenu
Tenderske dokumentacije broj 64/22 od 29.07.2022. godine**

U vezi sa zahtjevom za izmjenu tenderske dokumentacije, dostavljenim dana 26.10.2022. godine, putem ESJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke daje sljedeći odgovor:

Pitanje 1: „, Nakon uvida u tendersku dokumentaciju 64/22 (broj 03/01-20189/3 od 29.07.2022. godine) za nabavku skenera (CT) multislajsnog sa najmanje 128 slojeva po jednoj rotaciji i detaljne analize, u prilogu šaljemo zahtjev za izmjenom tenderske dokumentacije.

Stavka: 7.2. Server mora da zadovolji sledeće karakteristike: • Dve procesorske jedinice, svaka sa najmanje 10 fizičkih jezgara • osnovna frekvencija, najmanje 2,4 GHz • radna memorija (RAM), najmanje 32 GB • HDD, najmanje 2 TB u RAID6 za arhiviranje podataka • Redundantno napajanje • Licencirani operativni system, ne stariji od pet godina, koji je u potpunosti prilagođen za rad u skladu sa ovde opisanim hardverskim karakteristikama servera, kako bi se mogli pokrenuti i sprovesti svi zahtevani softverski aplikativni paketi i programi i funkcionalnosti zadati u ovoj tehničkoj specifikaciji, u ovom zahtevu 7.2, kao i u zahtevima 7.3, 7.4., 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5., 7.4.6, 7.4.8, 7.4.9. i 7.4.10.“ • DICOM protokoli: o DICOM STORAGE, o DICOM QUERY/RETRIEVE, o DICOM PRINT - Fuzija slika dobijenih od drugih modaliteta u DICOM formatu - Bez softverskih ograničenja na broj studija, slika ili DICOM uređaja - Mogućnosti naknadne instalacije klijentske aplikacije na proizvoljan broj računara - Udaljeni pristup serveru preko web interfejsa - Najmanje dva mrežna priključka brzine min. 1 GBps 1,00 komad.

U odgovoru na zahtjev za izmjenu broj 03/01-20189/14 od 08.08.2022. prihvatili ste naš zahtjev za izmjenom u kojem smo tražili da server ima minimum jednu procesorsku jedinicu kako bi mogli ponuditi Philips proizvod. U tenderskoj dokumentaciji nakon izmjena 25.10.2022. ta stavka je i dalje ista. Molimo da izvršite korekciju specifikacije u skladu sa već prihvaćenim predlogom, kako bi mogli da učestvujemo. Philips server sadrži jednu procesorsku jedinicu sa više jezgara i većom frekvencijom od tražene, što omogućava nesmetan rad na platformi.“

Odgovor 1: Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je razmotrila zahtjev i izvršice izmjenu tenderske dokumentacije.

U ime
Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Milena Lukovac, dipl.ecc, član i zamjenik predsjednika