



Broj: 03/01-10144/1
Podgorica, 19.04.2023. godine

**Odgovor na zahtjev za pojašnjenje
Tenderske dokumentacije broj 64/22 od 29.07.2022. godine**

U cilju postupanja po Rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki broj UP. 0906-161/2022 od 03.04.2023. godine, a u vezi sa zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavljenim dana 12.08.2022. godine, putem ESJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke daje sljedeći odgovor:

Pitanje 1: „Uvidom u tendersku dokumentaciju br. 64/22, od 29. 7. 2022. godine, za nabavku skenera (CT) multislajsnog sa najmanje 128 slojeva po jednoj rotaciji, uvidjeli smo određene nejasnoće, te Vas molimo da odgovorite na sljedeće:

U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da će se u slučaju da je oprema ili dio opreme van funkcije duže od 7 dana, od isporučioaca opreme naplatiti šteta u vrijednosti od 0,5% opreme ili dijela opreme u kvaru.

Pitanje:

1. Na osnovu čega će Naručilac izvršiti procjenu vrijednosti dijela opreme koja je u kvaru, obzirom da se prema tenderskoj dokumentaciji dostavljaju jedinične vrijednosti opreme?
2. Da li se pod dijelom opreme smatra rezervni dio koji je u kvaru?"

Odgovor 1:

1.1. Naručilac će koristiti cijenu novog dijela opreme, tj dijela opreme kojim se zamjenjuje dio opreme koji je u kvaru. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će izvršiti dopunu ovog uslova u okviru Poziva za nadmetanje koji je objavljen u CEJN.

1.2. Da, pod dijelom opreme smatra rezervni dio koji je u kvaru.

U ime
Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Jelena Mićanović, dipl.pravnik, predsjednik