

Broj: 03/01-10144/5
Podgorica, 26.04.2023. godine

**Odgovor na zahtjev za pojašnjenje
Tenderske dokumentacije broj 64/22 od 29.07.2022. godine**

U vezi sa zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavljenim dana 24.04.2023. godine, putem ESJN, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke daje sljedeći odgovor:

Pitanje: „Tenderskom dokumentacijom predviđeno je sledeće sledeće:

Ponudač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će se proizvoditi delovi i da će se omogućiti servisna podrška za ponuđeni uređaj najmanje 7 godina nakon isteka garantnog roka.	Drugi uslovi
Garantni rok: minimum 12 meseci , pri čemu vreme potpune ispravnost aparata i korišćenja svih funkcionalnosti aparata („up time“) mora biti najmanje 95%. Garantni rok počinje da teče narednog dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji.	Garantni rok
Dodatna garancija na rendgensku cijev izražena u godinama , koja počinje da teče nakon isteka ponuđenog garantnog roka na cijeli aparat, vrednovaće se po sledećoj formuli: Ponuđeni broj godina dodatne garancije/najveći ponuđeni broj godina dodatne garancije * 20	20 bodova

Životni vijek uređaja, koji je predmet nabavke je prosječno 10 godina i nakon isteka toga perioda, Proizvođač prestaje sa obezbjeđenjem rezervnih delova. Tenderskom dokumentacijom predviđeno je da Ponudač mora ponuditi: min garantni rok od 12 meseci (1 godina) i da omogući servisnu podršku i rezervne delove min 7 godina nakon isteka garantnog roka, što ukupno čini 8 godina. Imajući u vidu da je jedan od kriterijuma za vrednovanje ponuda i kriterijum “Dodatna garancija na rendgensku cijev izražena u godinama, koja počinje da teče nakon isteka ponuđenog garantnog roka”, smatramo da može doći do zloupotrebe ovog kriterijuma iz razloga što Ponudači mogu ponuditi neralno duge garantne rokove (na primjer 50 godina ili 100 godina), a da nakon

isteka "životnog vijeka" uređaja nemaju rezervne djelove, jer iste Proizvođači prestaju sa isporukom. Stoga smatramo da je potrebno ograničiti dodatni garatni rok na max 9 godina.


Pitanje: Da li je za Naručioca prihvatljivo da se ograniči dodatni garatni rok na max 9 godina?"

Odgovor: Prihvatljivo je. Komisija će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije, koja će biti blagovremeno objavljena.

U ime

Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Jelena Mićanović, predsjednik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jelena Mićanović', written in a cursive style.