



Opšta Bolnica Pljevlja

Lovčenskog bataljona bb, 84 210 Pljevlja, tel/fax:052-300-169, e-mail:uprava@bolnicapv.com, opstabolnicapv@gmail.com

Горна Гора
Јавна здравствена установа
Општа болница
Број: 01-278
Пљевља, 25.02.2024 год.

POJAŠNJENEJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE 1

PITANJE 1: Tenderskom dokumentacijom pod stavkom 7 je navedeno da zbog raspoloživog električnog priključka, snaga generatora vodene pare mora biti do 40kW. Koja je maksimalna snaga sterilizatora kuju električni priključak može da podnese I kolika je snaga priključka za opremu iz stavke 23 tehničke specifikacije?

Odgovor1:

Nakon provjere elektro instalacija Naručilac je uvidio grešku u definisanju snage pa samim tim mora izvršiti izmjenu specifikacije u tom dijelu

PITANJE 2: U tački 20 tehničke specifikacije navedeno je da "Potrošnja omekšane vode – do 300 lit/ciklusu; potrošnja visokoprečišćene vode (RO) – do 20 lit/ciklusu, zbog čega je Naručilac ovako definisao potrošnju omekšane odnosno prečišćene vode?

Odgovor 2

Sve gore navedene radne performanse se odnose na ciklus parne sterilizacije koji je definisan standardom EN 285-23.5. Radi jasnije specifikacije, Naručilac će izmjeniti pomenutu stavku na način da traži da parni sterilizator mora biti u skladu sa pomenutim standardom.

PITANJE 3: U postupku pripreme javne nabavke, Naručilac je između ostalog pribavio informativnu ponudu I product data sheet od nas – Iz kog razloga je Naručilac sačinio tendersku dokumentaciju koja ograničava konkurenciju?

Odgovor 3

Naručilac specifikaciju pravi shodno svojim potrebama. Mišljenja je da nije suzio konkurenciju, ali radi jasnoće izvršiće naprijed navedene izmjene.

Predsjednik komisije

Tina Ceović

