

Opšta Bolnica Pljevlja

Lovčenskog bataljona bb, 84 210 Pljevlja, tel/fax:052-300-169, e-mail:uprava@bolnicapv.com, opstabolnicapv@gmail.com

Црна Гора  
Главна здравствена установа  
Општа болница  
Број: 01-284  
Пљевља, 07.02.2024 год.

## IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE 1

Naručilac je nakon zahtjeva potencijalnog ponuđača uočio grešku u specifikaciji i pristupio izmjeni tenderske dokumentacije na način:

### **Stavka 7:**

U specifikaciji traženog automatskog parnog sterilizatora dolazi do izmjene **stavke 7** na način da umjesto definisanja snage generator vodne pare do 40kW **treba da stoji da je maksimalna snaga aparata do 43,5kW.**

Pojašnjenje: Nakon ispitivanja elektro instalacija Naručilac je vidio da je postojeći presjek kabla 10mm<sup>2</sup> i da je postojeći autoklav snage 24 kW. Nakon konsultacija sa stručnim licima Naručilac može da razvede kablo maksimalno od 16mm<sup>2</sup> čime je i ograničena snaga aparata i radi bezbjednosti ista se ograničava na maksimalno 43,5kW.

### **Stavka 20:**

U specifikaciji traženog automatskog parnog sterilizatora dolazi do izmjene **stavke 20** umjesto :Sterilizator mora zadovoljiti sljedeće radne performanse:


- Potrošnja omekšane vode: do 300 lit/ciklus
- Potrošnja visokoprečišćene vode (RO): do 20 lit/ciklus
- Potrošnja električne energije: do 18,0 kWh/ciklus
- Vrijeme trajanja ciklusa sterilizacije: do 50 min

Sve gore navedene radne performanse se odnose na ciklus parne sterilizacije koji je definisan standardom EN 285-23.5: u komori za steriliz. se nalazi 8 STU (puna komora), u svakoj STU se nalazi 15 kg metala (instrumenata), ciklus na 134°C **treba da stoji da sterilizator treba da zadovoljava standard EN 285-23.5: u komori za steriliz. se nalazi 8 STU (puna komora), u svakoj STU se nalazi 15 kg metala (instrumenata), ciklus na 134°C.**

Pojašnjenje: Kako ponuđač ne bi morao da dokazuje svaku pojedinačno navedenu preformansu, dovoljno je da isti zadovolji izmjenjeno.

Otvaranje ponuda ostaje isto i održaće se dana 04.03.2024. godine u 11,00 sati.

☐ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:



- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Lovćenskog bataljona bb, Pljevlja
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Lovćenskog bataljona bb, Pljevlja

radnim danima od 08,00 do 14,00 sati, zaključno sa danom 04.03.2024. godine do 11,00 sati.


### UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.



Opšta Bolnica Pljevlja

Lovćenskog bataljona bb, 84 210 Pljevlja, tel/fax:052-300-169, e-mail:uprava@bolnicapv.com,  
opstabolnicapv@gmail.com

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>“.

Predsjednik komisije  
Tina Cerović

