

Opšta Bolnica Pljevlja

Lovćenskog bataljona bb, 84 210 Pljevlja, tel/fax:052-300-169, e-mail:uprava@bolnicapv.com, opstabolnicapv@gmail.com

Црна Гора
Јавна здравствена установа
Општа болница
Број: 01-345
Пљевља, 12.02.2024 год.

IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE 2

Naručilac je nakon zahtjeva za izmjenu tenderske dokumentacije, potencijalnog ponuđača, razmotriu i odlučio:

Potencijalni ponuđač je zahtjevom tražio sledeće izmjene:

Stavka 9:


U specifikaciji traženog automatskog parnog sterilizatora naručilac je naglasio da nije dozvoljena upotreba vazdušnih izmjenjivačatoplote. Zahtjevom za izmjenu se traži da se dozvoli i vazdušno hlađenje, jer se na ovaj način sužava konkurencija uz skretanje pažnje da vazdušno hlađenje na ekvivalentan način zadovoljava potrebe, a pritom smanjuje troškove rada i mogućnost kvarova.

ODGOVOR: Vazdušni izmjenjivači toplote nisu prihvatljivi zbog disipacije toplote. Upotreba istih bi uticala da se temperature u prostoriji povećava što bi otežalo boravak osoblja u prostoriji ili podrazumjevalo dodatne finansijske izdatke. Gotovo svi Naručiocu za obezbjeđivanjem adekvatne klimatizacije i ventilacije. Gotovo svi proizvođači sterilizatora nemaju varijantu vazdušnog hlađenja u standardnom modelu, već se ista nudi kao opcija radi uštede vode pri hlađenju. Samim tim Naručilac smatra da na ovaj način konkurencija nije sužena i isti neće vršiti izmjenu tenderske dokumentacije.

Stavka 21:

U specifikaciji traženog automatskog parnog sterilizatora navedeno je da spoljašnja oplata sterilizatora (prednji i zadnji paneli, bočni paneli) najvećim dijelom izrađena od nerđajućeg čelika tipa CR – Ni, AISI 304. Potencijalni ponuđač smatra da je ovako definisan zahtjev neprecizan jer nije moguće utvrditi šta se podrazumjeva pod "najvećim dijelom". Zahtjevom se trži izmjena tenderske dokumentacije na način da se definiše od kog materijala treba da bude izrađen sterilizator.

ODGOVOR: Pod ovim se podrazumjeva da oplata mora biti od nerđajućeg čelika. Pod najveći dio se misli da neki dijelovi poput nosača printera, logotim proizvođača, ivice, dekorativni elementi i slično, mogu biti od drugog materijala (tvrda plastika, aluminijum i sl.). Ukoliko je u cijelosti oplata od nerđajućeg čelika to je prihvatljivo. Radi jasnoće, Naručilac će izvršiti izmjenu specifikacije.



Stavka 22:

U specifikaciji traženog automatskog parnog sterilizatora navedeno je da Ugradna dubina sterilizatora do 165 cm. Potencijalni ponuđač smatra da se na ovaj način sužava konkurencija i traži da ugradna dubina bude do 166 cm.

ODGOVOR: Naručilac će izvršiti izmjenu na način da ugradna dubina bude do 166 cm.

Otvaranje ponuda ostaje isto i održaće se dana 04.03.2024. godine u 11,00 sati.

☐ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:


- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Lovčenskog bataljona bb, Pljevlja
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Lovčenskog bataljona bb, Pljevlja

radnim danima od 08,00 do 14,00 sati, zaključno sa danom 04.03.2024. godine do 11,00 sati.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

- 1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;
- 2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;



Opšta Bolnica Pljevlja

Lovćenskog bataljona bb, 84 210 Pljevlja, tel/fax:052-300-169, e-mail:uprava@bolnicapv.com, opstabolnicapv@gmail.com

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednik komisije
Tina Cerović

