

JZU Opšta bolnica Pljevlja

Broj:01-812

Pljevlja, 02.04.2024.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23), ovlašteno lice JZU Opšte bolnice Pljevlja u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji Automatskog parnog sterilizatora OP 01/24 broj 67479 od 01.02.2024.godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku Automatskog parnog sterilizatora OP 01/24 broj 67479 od 01.02.2024.godine:

- 1) Ponuda ponuđača **MNE Medika projekt d.o.o., Podgorica** jedina ispravna i najpovoljnija;

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	JZU Opšta bolnica Pljevlja
Ovlašćeno lice naručioca	Dr Saša Grbović
Kontakt osoba	Tina Cerović
Adresa	Lovčenskog batalona bb
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210
Identifikacioni broj	02009951

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	OP 01/24
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Roba
Opis predmeta nabavke	Parni sterilizator – autoklav
Šifra postupka	67479

CPV šifra	33100000 - Medicinska oprema
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

1. PDG Professional Development Group d.o.o., Podgorica
2. MNE Medika – projekt d.o.o.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nema neotvorenih ponuda

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj _____ od dana _____

Nema ponuđača koji su isključeni iz postupka

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Neispravna ponuda je:

1. PDG Professional Development Group d.o.o., Podgorica

Specifikacijom je traženo da zbog raspoloživog električnog priključka (16mm²), snaga sterilizatora ne smije da bude veća od 43,5kW, dok je ponuđač ponudio autoklav snage 50kW. Samim tim ponuđeni sterilizator ne zadovoljava traženu karakteristiku.

Takođe, visina punjenja (od poda do donje ivice komore) treba da je u rasponu od 750-1040 mm. Ponuđač navodi da je visina punjenja 1040 mm, dok se isto ne može na osnovu kataloga ili drugih dokaza potvrditi. Kako se radi o karakteristici koja se koristi u vrednovanju ponuda, a kako ponuđač nije zadovoljio ni uslov maksimalne snage sterilizatora, to naručilac nije tražio dopunu i pojašnjenje ove stavke specifikacije.

Iz naprijed navedenog komisija je Ponuđača PDG Professional Development Group d.o.o., ocijenila kao neispravnog

7. Podaci o ispravnim ponudama

Ispravna ponuda je

1. MNE Medika – projekt d.o.o., Podgorica

-Uslovi za učešće u postupku i traženi zahtjevi – u potpunosti zadovoljeni

-Kriterijumi za vrednovanje ponuda:

1. Cijena – ponuđena 64.000,00€ je u skladu sa procijenjenom vrijednošću
2. Zapremina komore (tražena u rasponu od 550 – 600 lit) – ponuđena 584 lit što je u skladu sa traženjem

¹ Ukoliko je primjenjivo

- 3. Visina punjena maksimalno 1040mm – ponuđena 790 mm
- 4. Dijagonala ekrana minimum 5 inča – ponuđena 8,4 inča
- 4. Ponuđač je ponudi autoklav sa vodenim izmjenjivačem toplote

-Tehnička specifikacija – u skladu sa tražnim zahtjevima

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Svaki član komisije je izvršio vrednovanje i rangiranje ponuda i ponuđaču MNE Medika projekt d.o.o., Podgorica je dodjeljeno:

- Kriterijum cijena – 50 bodova
- Zapremina komore – 10 bodova
- Visina punjenja – 20 bodova
- Dijagonala ekrana – 10 bodova
- Vodeni izmjenjivač toplote – 10 bodova

UKUPAN BROJ BODOVA: 100

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača MNE Medika projekt d.o.o., Podgorica:

- ponuđena cijena je 64.000,00€
- Garantni rok – 24 mjeseca.
- Zapremina komore 584 lit
- Visina punjenja – 790 mm
- Dijagonala ekrana – 8,4 inča
- Vrsta izmjenjivača toplote – vodeni.
- dokazi koje je ponuđač dostavio su u potpunosti u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije.

10. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Dr Saša Grbović