

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE

Broj : 04 - 3728

Podgorica, 29. 03. 2024. godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Na osnovu člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23, 011/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke donosi pojašnjenje na zahtjev privrednog subjekta upućenog preko ESJN dana 27.04.2024. godine za postupak (šifra postupka #70793 od 24.04.202. godine- otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba-PCR aparat za detekciju virusa iz vode

Pitanja:

1. Da li će se digitalni PCR koristiti za humanu dijagnostiku tj da li je potrebno da posjeduje IVD-CE znak?

Odgovor:

1. Digitalni PCR se neće koristiti za humanu dijagnostiku i da nije potrebno dostavljati CE-IVD.

U ime komisije za Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Presjednik komisije, dr Ljubica Terić

