

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka medicinske opreme - ultrazvuk kukova za bebe

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ZU DOM ZDRAVLJA GLAVNOG GRADA

PIB:

02015374

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
1) U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište;	Obavezni uslovi
2) U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište;	Obavezni uslovi
3)U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je: upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
4)U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore;	Uslovi za obavljanje djelatnosti

5) Izjava privrednog subjekta - Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2. Obrazac 2 Na osnovu člana 9 stav 10 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj ____) ____ (ponuđač) ____ dostavlja I Z J A V U Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku broj: ____ od ____ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a. U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu. Ovlašćeno lice (ime i prezime), (svojeručni potpis) M.P.	ESPD
6) Garancija za dobro izvršenje ugovora - Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju , za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 15 dana dužim od ugovorenog roka.	Drugi uslovi
7) Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz - ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke;	Drugi uslovi
8) Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja finansijskog dijela ponude navede zaštićeni naziv proizvoda, kataloški broj proizvoda i naziv proizvođača;	Drugi uslovi
9) Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
10) Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana primopredaje, instaliranja i puštanja u rad aparata.	Rok izvršenja ugovora

11) Mjesto izvršenja ugovora: prostorije ZU Doma zdravlja Glavnog grada. Naručilac se obavezuje da obezbijedi odgovarajući prostor za instaliranje aparata, odredi ovlašćeno lice za prijem instaliranog aparata i lice/a za prijavljivanje kvarova na aparatu.	Mjesto izvršenja ugovora
12) Ovlašćeni predstavnici Naručioca i Dobavljača će zapisnički konstatovati da instalirani aparat nakon puštanja u rad, potvrđuje sve ponuđene i zahtijevane tehničke i funkcionalne karakteristike.	Drugi uslovi
13) Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
14) Rok plaćanja je 30 dana od dana od dana primopredaje, instaliranja i puštanja u rad i uredno ispostavljene fakture uz zapisnik o primopredaji.	Rok plaćanja
15) Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom;	Uslovi plaćanja
16) Troškovi prevoza, primopredaje, instaliranja, obuke i puštanja u rad aparata su obaveza dobavljača – dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
17) Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu, koji je izdat od proizvođača, i koji sadrži kataloški broj ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Ukoliko u dokazu o tehničkim karakteristikama ne postoji neka tehnička karakteristika, ponuđač kao dokaz ispunjenosti takvih karakteristika dostavlja izjavu proizvođača o njihovoj ispunjenosti. U izjavi proizvođača te karakteristike moraju biti jasno i nedvosmisleno navedene i označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. U slučaju da se u izjavi proizvođača navodi i ona karakteristika, koja je već sadržana u tehničkoj dokumentaciji proizvođača, kao prihvatljivi odgovor ponuđača će se uzeti opis te karakteristike kako stoji u tehničkoj dokumentaciji. Navedeno se dostavlja na engleskom jeziku, dok je obaveza ponuđača da navedeno prevede na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi

18) Ponuđač je dužan da dostavi: - Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.);	Drugi uslovi
19) Ponuđač je dužan dostaviti: Izjavu da će tokom instalacije i prilikom puštanja u rad, o svom trošku, kod korisnika izvršiti obuku za rad na isporučenom aparatu za 6(šest) pedijataru u trajanju od 2 (dva) radna dana, i o tome izda odgovarajući sertifikat/potvrdu o izvršenoj obuci;	Drugi uslovi
20) Obaveza dobavljača je da prilikom isporuke dostavi uputstvo za rukovanje aparatom. Navedeno uputstvo se dostavlja na engleskom jeziku, a dobavljač će biti u obavezi da uputstvo dostavi ovjereno od strane sudskog tumača na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi
21) Proizvođač je dužan da obezbijedi servis na teritoriji Crne Gore, u garantnom roku kao i nakon isteka garantnog roka u periodu od 7 (sedam) godina od dana puštanja aparata u rad –dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
22) Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će minimum 7 (sedam) godina od datuma prestanka proizvodnje biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode. Navedeno se dostavlja na engleskom jeziku, dok je obaveza ponuđača da navedenu izjavu dostavi ovjerenu od strane sudskog tumača na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi
23) Dobavljač se obavezuje da će blagovremeno vršiti sve redovne servise isporučenog aparata prema instrukcijama proizvođača, kao i da, po potrebi izvrši vanredne servise i opravke aparata na pisani zahtjev Naručioca, u roku ne dužem od 48 h od dostavljanja zahtjeva.Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi

24) Obaveza dobavljača je i da u slučaju da kvar ne otkloni na aparatu u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana, od dana dostavljanja zahtjeva Naručioca, o svom trošku izvrši zamjenu neispravnog aparata novim, ispravnim aparatom istih ili boljih tehničkih i funkcionalnih karakteristika. Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
25) Otklanjanje kvara po prijavljenim reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika Naručioca i Dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik. Svi troškovi popravke aparata u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
26)Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi sa rokom važenja garancije ponude 30 dana od dana otvaranja ponuda i 8 dana nakon isteka važenja ponude shodno članu 9, stav 9 i stav 12 i 13 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024). Garanciju ponude je potrebno dostaviti na arhivi Naručioca, Ulica Bracana Bracanovića, broj 1, Pobrežje. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, treba da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U slučaju iz stava 12, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koji se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
1) U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište;	Obavezni uslovi
2) U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište;	Obavezni uslovi
3)U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je: upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
4)U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore;	Uslovi za obavljanje djelatnosti

5) Izjava privrednog subjekta - Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2. Obrazac 2 Na osnovu člana 9 stav 10 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj ____) ____ (ponuđač) ____ dostavlja I Z J A V U Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku broj: ____ od ____ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a. U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu. Ovlašćeno lice (ime i prezime), (svojeručni potpis) M.P.	ESPD
6) Garancija za dobro izvršenje ugovora - Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o jednostavnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju , za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 15 dana dužim od ugovorenog roka.	Drugi uslovi
7) Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz - ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke;	Drugi uslovi
8) Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja finansijskog dijela ponude navede zaštićeni naziv proizvoda, kataloški broj proizvoda i naziv proizvođača;	Drugi uslovi
9) Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
10) Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana primopredaje, instaliranja i puštanja u rad aparata.	Rok izvršenja ugovora

11) Mjesto izvršenja ugovora: prostorije ZU Doma zdravlja Glavnog grada. Naručilac se obavezuje da obezbijedi odgovarajući prostor za instaliranje aparata, odredi ovlašteno lice za prijem instaliranog aparata i lice/a za prijavljivanje kvarova na aparatu.	Mjesto izvršenja ugovora
12) Ovlašćeni predstavnici Naručioca i Dobavljača će zapisnički konstatovati da instalirani aparat nakon puštanja u rad, potvrđuje sve ponuđene i zahtijevane tehničke i funkcionalne karakteristike.	Drugi uslovi
13) Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
14) Rok plaćanja je 30 dana od dana od dana primopredaje, instaliranja i puštanja u rad i uredno ispostavljene fakture uz zapisnik o primopredaji.	Rok plaćanja
15) Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom;	Uslovi plaćanja
16) Troškovi prevoza, primopredaje, instaliranja, obuke i puštanja u rad aparata su obaveza dobavljača – dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
17) Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda – katalog, brošuru, uputstvo za upotrebu, koji je izdat od proizvođača, i koji sadrži kataloški broj ponuđenog proizvoda i tehničke karakteristike u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Ukoliko u dokazu o tehničkim karakteristikama ne postoji neka tehnička karakteristika, ponuđač kao dokaz ispunjenosti takvih karakteristika dostavlja izjavu proizvođača o njihovoj ispunjenosti. U izjavi proizvođača te karakteristike moraju biti jasno i nedvosmisleno navedene i označene u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. U slučaju da se u izjavi proizvođača navodi i ona karakteristika, koja je već sadržana u tehničkoj dokumentaciji proizvođača, kao prihvatljivi odgovor ponuđača će se uzeti opis te karakteristike kako stoji u tehničkoj dokumentaciji. Navedeno se dostavlja na engleskom jeziku, dok je obaveza ponuđača da navedeno prevede na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi

18) Ponuđač je dužan da dostavi: - Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.);	Drugi uslovi
19) Ponuđač je dužan dostaviti: Izjavu da će tokom instalacije i prilikom puštanja u rad, o svom trošku, kod korisnika izvršiti obuku za rad na isporučenom aparatu za 6(šest) pedijataru u trajanju od 2 (dva) radna dana, i o tome izda odgovarajući sertifikat/potvrdu o izvršenoj obuci;	Drugi uslovi
20) Obaveza dobavljača je da prilikom isporuke dostavi uputstvo za rukovanje aparatom. Navedeno uputstvo se dostavlja na engleskom jeziku, a dobavljač će biti u obavezi da uputstvo dostavi ovjereno od strane sudskog tumača na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi
21) Proizvođač je dužan da obezbijedi servis na teritoriji Crne Gore, u garantnom roku kao i nakon isteka garantnog roka u periodu od 7 (sedam) godina od dana puštanja aparata u rad –dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
22) Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će minimum 7 (sedam) godina od datuma prestanka proizvodnje biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode. Navedeno se dostavlja na engleskom jeziku, dok je obaveza ponuđača da navedenu izjavu dostavi ovjerenu od strane sudskog tumača na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Drugi uslovi
23) Dobavljač se obavezuje da će blagovremeno vršiti sve redovne servise isporučenog aparata prema instrukcijama proizvođača, kao i da, po potrebi izvrši vanredne servise i opravke aparata na pisani zahtjev Naručioca, u roku ne dužem od 48 h od dostavljanja zahtjeva.Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi

24) Obaveza dobavljača je i da u slučaju da kvar ne otkloni na aparatu u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana, od dana dostavljanja zahtjeva Naručioca, o svom trošku izvrši zamjenu neispravnog aparata novim, ispravnim aparatom istih ili boljih tehničkih i funkcionalnih karakteristika. Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
25) Otklanjanje kvara po prijavljenim reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika Naručioca i Dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik. Svi troškovi popravke aparata u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Dostaviti u vidu izjave.	Drugi uslovi
26)Ponudač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi sa rokom važenja garancije ponude 30 dana od dana otvaranja ponuda i 8 dana nakon isteka važenja ponude shodno članu 9, stav 9 i stav 12 i 13 Pravilnika o sprovođenju jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024). Garanciju ponude je potrebno dostaviti na arhivi Naručioca, Ulica Bracana Bracanovića, broj 1, Pobrežje. Ako ponudač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, treba da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U slučaju iz stava 12, original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koji se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude

27) Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: CE znak u zavisnosti od klase; Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; Deklaracija o konformitetu; Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača.	Drugi uslovi
--	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se garantni rok, na način što se ponuđeni garantni rok podijeli sa najvećim ponuđenim garantnim rokom, i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10 bodova), po formuli: Broj bodova = $\frac{PGR}{NPR}$ (ponuđeni garantni rok) /NPR (najveći ponuđeni garantni) x 10 Napomena: Garantni rok aparata je minimalno 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji, instalaciji i puštanja u rad.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se garantni rok, na način što se ponuđeni garantni rok podijeli sa najvećim ponuđenim garantnim rokom, i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10 bodova), po formuli: Broj bodova =PGR (ponuđeni garantni rok) /NPR (najveći ponuđeni garantni) x 10 Napomena: Garantni rok aparata je minimalno 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji, instalaciji i puštanja u rad.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13223.14	1	Ultrazvučni stacionarni aparat najnovije generacije, za pedijatriju (pregled kukova bebe)	1.2 HD LED monitor veličine minimum 21.5 inča dijagonale, koji može da se rotira u svim pravcima i rezolucije minimum 1920x1080 piksela. 1.3 4 točka od kojih minimum 2 točka imaju blokadu. 1.4 Kontrolna tabla sa integrisanim touch screen monitorom za brži odabir funkcija od minimum 13 inča dijagonale, rezolucije minimum 1920x1080 piksela, alfanumerička tastatura, mehanička integrisana ili na touch screenu, integrisani stereo zvučnici, minimum 8 TGC klizača, integrisani sistem hlađenja sa tihim ventilatorima, minimum 2 USB priključka, Ethernet RJ45. 1.5 Dinamički raspon od minimum 350 dB. 1.6 HDD/SSD memorije od minimum 500 GB. 1.7 Četiri ili više aktivna priključka za sonde uz elektronski odabir sondi. 1.8 Podržavanje sledećih sondi: konveksnih, mikro-konveksnih, volumetrijskih, linearnih, sektorskih, endokavitarnih, transezofagealnih (TEE).	1.00	kom

1.9 Frekventni raspon uređaja od 1-20 MHz ili šire.

1.10 Dubina prikaza slike minimum 44 cm.

1.11 Prenos video signala; formati - DICOM i AVI.

1.12 Windows 10, operativni sistem.

1.13 Podešavanje visine konzole sa tastaturom i monitorom.

2. Način rada sistema

2.1 2D (B-mod).

2.2 PW Doppler.

2.3 CW Doppler.

2.4 Power Doppler i direkcijski Power Doppler.

2.5 CFM (kolor doppler)

2.6 TEI (Tissue Enhancement Imaging) način rada ili ekvivalent.

2.7 M-mod.

2.8 Duplex način rada (2D i Doppler način rada).

2.9 Triplex način rada (2D + kolor doppler + PW doppler).

2.10 HD Zoom; Zoom u realnom vremenu minimum 50x, a na zamrznutoj slici minimum 10x.

2.11 Dualni i četvorougaooni prikaz slike.

2.12 Mjerenja i analize svih numeričkih parametara za pedijatrijska mjerenja.

2.13 Tehnika koja poboljšava obrazac svakog kadra na nivou piksela, eliminišući artefakte spektra i buke, dinamički povećavajući rubove tkiva, poboljšavajući vidljivost tkiva i povećavajući dijagnostičku pouzdanost kroz prilagodljivi algoritam u realnom vremenu.

2.14 Automatsko podešavanje parametara slike u 2D i Doppler modu pritiskom na dugme.

2.15 Tehnika koja primjenjuje upravljanje snop-linijom i dobija nekoliko koplanarnih skeniranja organa iz različitih uglova gledanja.

2.16 Tehnika panoramskog snimanja koja spaja više B-moda slika u jednu kompletnu panoramsku sliku, proširujući vidno polje na čitave organe.

2.17 Tehnika proširivanja vidnog polja bez gubitka rezolucije i proširanje struktura u grudima, vaskularnim i mišićno-koštanim aplikacijama.

2.18 Tehnika za automatsko prepoznavanje

			najniže brzine sa ultra osjetljivošću za male krvne sudove i otkrivanje sporog protoka. 2.19 Tehnika koja poboljšava rezoluciju kontrasta omogućavajući vizualizaciju visokog nivoa detalja, čak i kod zahtijevnih pacijenata. 2.20 Funkcija za optimizaciju parametara (rezolucija, kontrast, oštrina) slike sa tri klizna tastera. 2.21 Čuvanje digitalnih slika i video isječaka na hard disku, USB memoriji i DVD-u. 2.22 Standardni termalni B/W printer.		
	2	Sonde	Linearna sonda: Širokopojasna linearna sonda, raspona frekvencija od 3 do 15 MHz ili šire, širina vidnog polja minimum 45 mm.	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
13223.14	1	Ultrazvučni stacionarni aparat najnovije generacije, za pedijatriju (pregled kukova bebe)	1.2 HD LED monitor veličine minimum 21.5 inča dijagonale, koji može da se rotira u svim pravcima i rezolucije minimum 1920x1080 piksela. 1.3 4 točka od kojih minimum 2 točka imaju blokadu. 1.4 Kontrolna tabla sa integrisanim touch screen monitorom za brži odabir funkcija od minimum 13 inča dijagonale, rezolucije minimum 1920x1080 piksela, alfanumerička tastatura, mehanička integrisana ili na touch screenu, integrisani stereo zvučnici, minimum 8 TGC klizača, integrisani sistem hlađenja sa tihim ventilatorima, minimum 2 USB priključka, Ethernet RJ45. 1.5 Dinamički raspon od minimum 350 dB. 1.6 HDD/SSD memorije od minimum 500 GB. 1.7 Četiri ili više aktivna priključka za sonde uz elektronski odabir sondi. 1.8 Podržavanje sledećih sondi: konveksnih, mikro-konveksnih, volumetrijskih, linearnih, sektorskih, endokavitarnih, transezofagealnih (TEE). 1.9 Frekventni raspon uređaja od 1-20 MHz ili šire.	1.00	kom

1.10 Dubina prikaza slike minimum 44 cm.
1.11 Prenos video signala; formati - DICOM i AVI.
1.12 Windows 10, operativni sistem.
1.13 Podešavanje visine konzole sa tastaturom i monitorom.

2. Način rada sistema
2.1 2D (B-mod).
2.2 PW Doppler.
2.3 CW Doppler.
2.4 Power Doppler i direkcijski Power Doppler.
2.5 CFM (kolor doppler)
2.6 TEI (Tissue Enhancement Imaging) način rada ili ekvivalent.
2.7 M-mod.
2.8 Duplex način rada (2D i Doppler način rada).
2.9 Triplex način rada (2D + kolor doppler + PW doppler).
2.10 HD Zoom; Zoom u realnom vremenu minimum 50x, a na zamrznutoj slici minimum 10x.
2.11 Dualni i četvorougaooni prikaz slike.
2.12 Mjerenja i analize svih numeričkih parametara za pedijatrijska mjerenja.
2.13 Tehnika koja poboljšava obrazac svakog kadra na nivou piksela, eliminišući artefakte spektra i buke, dinamički povećavajući rubove tkiva, poboljšavajući vidljivost tkiva i povećavajući dijagnostičku pouzdanost kroz prilagodljivi algoritam u realnom vremenu.
2.14 Automatsko podešavanje parametara slike u 2D i Doppler modu pritiskom na dugme.
2.15 Tehnika koja primjenjuje upravljanje snop-linijom i dobija nekoliko koplanarnih skeniranja organa iz različitih uglova gledanja.
2.16 Tehnika panoramskog snimanja koja spaja više B-moda slika u jednu kompletnu panoramsku sliku, proširujući vidno polje na čitave organe.
2.17 Tehnika proširivanja vidnog polja bez gubitka rezolucije i proširanje struktura u grudima, vaskularnim i mišićno-koštanim aplikacijama.
2.18 Tehnika za automatsko prepoznavanje najniže brzine sa ultra osjetljivošću za male krvne sudove i otkrivanje sporog protoka.

			2.19 Tehnika koja poboljšava rezoluciju kontrasta omogućavajući vizualizaciju visokog nivoa detalja, čak i kod zahtijevnih pacijenata. 2.20 Funkcija za optimizaciju parametara (rezolucija, kontrast, oštrina) slike sa tri klizna tastera. 2.21 Čuvanje digitalnih slika i video isječaka na hard disku, USB memoriji i DVD-u. 2.22 Standardni termalni B/W printer.		
	2	Sonde	Linearna sonda: Širokopojasna linearna sonda, raspona frekvencija od 3 do 15 MHz ili šire, širina vidnog polja minimum 45 mm.	1.00	kom

Izvještaj generisan 17.06.2024 13:52