

UGOVOR O NABAVCI ROBA

Zaključen između:

Naručioca JZU "DOM ZDRAVLJA ROŽAJE", ulica "29 Novembar", br. 3, PIB: 02015765, Broj računa: 510-2151-86 CKB, koga zastupa Direktorica Dr Sanja Beloica (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponuđača "OSMI RED-D" DOO sa sjedištem u Pogorici, ul " Radosava Burića" br. 33, 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB 02296705 Broj računa: 510-8536-40 CKB, koga zastupa izvršni direktor Angelina Vuković, (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je isporuka roba-digitalni mamograf, u svemu prema prihvaćenoj ponudi Ponuđača broj (šifra) #112541 dostavljena dana 15.10.2024 godine u 8:03 h putem ESJN, podnijetoj po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku robe – digitalni mamograf, ponovljen postupak za potrebe JZU DOM ZDRAVLJA ROŽAJE, broj tenderske dokumentacije: 02/24 od 20.09.2024. godine (šifra postupka #79280) i Odluci o izboru najpovoljnije ponude, broj 1279 od 29.10.2024 godine.

1. Digitalni mamograf 1 komad

Digitalni mamograf Zaštićeni naziv aparata: Planmed Clarity S Kataloški broj aparata: D0022477/A Naziv proizvođača: Planmed Oy, Finska Tehnička specifikacija za digitalni 2D mamograf 1. VN generator 1.1 Visokofrekventni generator od 100 kHz 1.2 Izlazna nominalna snaga: 5 kW 1.3 kV opseg: 23-35kV u koracima od 1Kv 1.4 mAs opseg: od 5 do 600mAs 2. RTG cijev i kolimator 2.1 Cijev sa 2 fokusa: mali 0.1mm, veliki 0.3mm 2.2 Toplotni kapacitet anode 300 KHU 2.3 Materijal anode: Tungsten 2.4 Rotaciona anoda sa brzinom rotacije od 9700 rpm 2.5 Način kolimisanja snopa X zraka: potpuno automatski 2.6 Filtracija snopa X zraka sa dva elementa od: Rodijum (Rh),Srebro(Ag) 3. C-ruka 3.1 C-ruka sadrži RTG cijev sa kolimatorom, kompresioni mehanizam i integrisani detektor 3.2 SID (rastojanje od fokusa redngen cevi do detektora) 65 cm 3.3 Izocentrična motorizovana rotacija C-ruke

u rasponu od +180° do -135°. 3.4 Motorizovano vertikalno kretanje C-ruke 3.5 Dvostruke nožne komande (pedale) kojima se kontroliše vertikalno kretanje C-ruke (gore/dole) i kompresija (gore/dole) 3.6 Štitnik za lice pacijenta 3.7 Motorizovana kompresija sa mogućnošću manuelnog finog podešavanja 3.8 Automatsko otpuštanje kompresije nakon završene ekspozicije 3.9 Automatska kolimacija prema veličini izabrane kompresione papuče 3.10 Kompresione ploče 19x23cm i 24x30cm 3.11 Kompresiona ploča za ciljanu mamografiju 10x10cm 3.12 AEC (Automatic Exposure Control) za automatsko podešavanje optimalne doze na osnovu analize tipa dojke 3.13 Rešetka za eliminaciju rasipnog zračenja, odnos 5:1 3.14 Faktor uvećanja 1,8x 4. Flat panel detektor 4.1 FFDM ravni digitalni detektor 4.2 Veličina piksela 83µm 4.3 Aktivna površina detektora 23,2x29,7cm 4.4 Matrica slike 2816x3584 piksela 4.5 Dubina sive skale snimaka 16 bita 5. Akvizicijska radna stanica 5.1 Namjenska operatorska konzola - Zaštitni paravan sa olovnim staklom u gornjem dijelu, 0,5mm ekv. Pb u koju se integriše akvizicijska radna stanica. 5.2 Unos podataka o pacijentu ručno ili putem DICOM radne liste (Modality Worklist) 5.3 DICOM funkcije: Storage, Storage Commitment, Query/Retrieve, Print, Worklist, MPPS 5.4 Namijenski medicinski TFT monitor 2.1MP za prethodni pregled snimaka 5.6 Prikaz snimka sa relevantnim podacima o dobijenom snimku (kV, mAs, doza,) dostupni nakon svake ekspozicije 5.7 PC: 3,2GHz, 8GB RAM, HDD 1TB, CD/DVD rezač, tastatura , miš, licenciran operativni sistem 5.8 Integrisan CD/DVD rezač za arhiviranje snimaka u DICOM formatu 5.9 Anotacija, dodavanje komentara i označavanje orijentacije snimaka 5.10 Maksimalno vrijeme između dvije ekspozicije 15 sekundi 6. Dijagnostička radna stanica 6.1 PC računar: procesor quad core, 3,6GHz, 16GB RAM, HDD 2TB, odgovarajuća grafička kartica, CD/DVD rezač, tastatura , miš, licenciran pro operativni sistem 6.2 UPS - Uređaj za neprekidno napajanje: omogućava autonoman rad radne stanice 10 minuta 6.3 Par medicinskih kolor monitora za mamografiju sa karakteristikama: Dijagonala: 21.3"; Rezolucija: 5MP; Maksimalni osvetljaj: 1000cd/m2; Kontrast:1400:1 6.4 Logovanje na sistem korisničkim imenom i lozinkom 6.5 Alati za mamaografiju(lupa, invertovanje, uvećanje, uvećanje „pixel to pixel“, kvadratni prikaz, rotiranje, obrtanje, poređenje pregleda itd) i protokolima za čitanje 6.6 Podešavanje kontrasta i osvetljaja snimaka 6.7 Mogućnost dodavanja tekstualnih anotacija 6.8 "Comparative Review Modes" (CRM): Korisnički podesivi "hanging protokoli" za mamografiju 6.9 Upoređivanje starijih i novih studija istog pacijenta 6.10 DICOM 3.0 funkcije: Storage, Storage Commitment, Query/Retrieve, Print 7. Mogućnost nadogradnje 7.1 Mogućnost nadogradnje 3D mamografije (tomosinteze)

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ugovorena vrijednost robe po prihvaćenoj ponudi je: 90.500,00 eura bez PDV-a. (vrijednost PDV-a iznosi 19005,00 eura)

Ukupna ugovorena vrijednost 109.505,00 eura sa PDV-om

Član 3

Isporučena roba se plaća u roku do 30 (trideset) dana od dana primopredaje.

Uplata se vrši na žir.račun broj, 510-8536-40 CKB.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je dobavljač isporučio naručiocu ima nedostake u kvalitetu, dobavljač mora iste otkloniti u roku odmah po dobijanju zapisnika o reklamaciji.

ROK ISPORUKE I GARANTNI ROK

Član 4

Rok isporuke je do 25 (dvadesetpet) dana od dana potpisivanja ugovora.

Isporuka robe se vrši FCO adresa Naručioca.

Garancija za isporučenu robu 24 mjeseca

Servis obezbijeđen u garantnom roku i po isteku istog.

Kvantitativni i kvalitativni prijem se vrši u magacinu naručioca .

RASKID UGOVORA

Član 5

Ovaj ugovor se može raskinuti ako dobavljač ne bude izvršavao obaveze isporuke robe po ovom ugovoru.

Sve radnje koje se preduzimaju po pitanju raskida ugovora potvrđuju se pisano , sa obje strane

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6

U slučaju statusnih promjena kod ugovarača prava i obaveze prelaze na pravnog nasljednika.

Član 7

Sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjuje se ZOO.

Član 8

Sve sporove stranke će pokušati da riješe sporazumom, a ako to ne uspiju riješiće ih nadležni sud.

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023. je ništav.

Član 10

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka istovjetnog teksta, od kojih Naručilac zadržava (dva) primjerka i Dobavljač 2 (dva) primjerka.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

ZA NARUČIOCA

Direktorica

Dr. Sanja Beloica



ZA DOBAVLJAČA

Direktorica

Angelina Vuković

