

Naručilac: DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja „  
Broj: 118/2820  
Datum: 20.12.2024. godine

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**I PODACI O NARUČIOCU**

|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Naručilac: DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja „ | Kontakt osoba: Tijana Milovojević     |
| Adresa: Bulevar Šarla de Gola 2                         | Poštanski broj: 81000                 |
| Grad: Podgorica                                         | Identifikacioni broj: 02908433        |
| Telefon: 020/658 090                                    | Faks: 020/658 092                     |
| Elektronska adresa (e-mail): javnenabavke@ceti.co.me    | Internet adresa (web): www.ceti.co.me |

**II Predmet nabavke:**

☐ robe

**III Opis predmeta jednostavne nabavke:**

Ultrazvučna kada

**IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:**

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a **2.000,00 €**;

**V Ishod postupaka jednostavne nabavke je**

☐ poništenje postupka nabavke

**VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:**

Posutpak se poništava u skladu sa članom 15 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, iz razloga što nije podnijeta nijedna ispravna ponuda.

## VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

### Pregled i ocjena ponuda:

Po zahtjevu za dostavljanje ponuda šifra postupka 83156 od 27.11.2024.godine, pristigle su, po redosljedu prijema, u roku određenom zahtjevom, ponude sljedećih ponuđača:

1. Ponuda ponuđača PDG Professional Development Group doo Podgorica, samostalna ponuda, šifra ponude 116751, podnijeta 02.12.2024.godine u 11:54h.

**Ispravne ponude:** nema ispravnih ponuda

### Neispravna ponuda :

Ponuda ponuđača PDG Professional Development Group doo Podgorica, šifra ponude 116751, sa ponuđenom cijenom od 1.700,00 eura bez PDV-a, neispravna je iz razloga što nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude.

Naime, predmet javne nabavke je, nabavka roba -Ultrazvučno kupatilo za laboratorijsku upotrebu. Upravljačka ploča: Digitalna (LCD ekran) Kapacitet: 10 litara. Upotreba: Za čišćenje, dezinfekciju i ubrzavanje hemijskih reakcija pomoću ultrazvučnih talasa.

Naručilac je tehničkom specifikacijom zahtjevao bitne bitne karakteristike predmeta nabavke i to :  
Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz (standardno), sa mogućnošću odabira za specifične aplikacije  
Powersupply: 220-240 V, 50/60 Hz Snaga: 240 W (u zavisnosti od modela) Regulacija temperature: Od 0 °C do 80 °C (mogućnost podešavanja prema specifičnim zahtjevima aplikacije)  
Upravljačka ploča: Digitalna sa LCD ekranom za lako podešavanje vremena, temperature i ultrazvučne snage  
Timer: Podešavanje vremena rada od 1 minuta do 99 minuta sa automatskim isključivanjem  
Ultrazvučni talasi: Stalna ili pulsirajuća emisija ultrazvučnih talasa, sa mogućnošću regulacije intenziteta  
Materijal rezervoara: Nerđajući čelik (visoke otpornosti na hemikalije i koroziju)  
Dimenzije (L x W x H): Približno 300 mm x 240 mm x 150 mm (zavisi od tačnog modela)  
Poklopac: Poklopac od visokokvalitetnog materijala, otpornog na visoke temperature, koji omogućava uvid u rad uređaja bez potrebe za njegovim otvaranjem  
Unutrašnja zaštita: Sigurnosni prekidač za automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja ili drugih nepravilnosti  
Korišćenje u okruženju: Za laboratorije  
3. Karakteristike performansi: Efikasnost čišćenja: Visok nivo čišćenja čak i za male i teže dostupne delove uz pomoć snažnih ultrazvučnih talasa  
Konzistentna distribucija talasa: Homogena raspodela ultrazvučnih talasa kroz tečnost za ravnomerno čišćenje svih površina  
Brzina čišćenja: Brzo i efikasno uklanjanje prljavštine, taloga, ulja, masti i drugih zagađivača sa uzoraka  
Nizak nivo buke: Dizajniran za minimalizaciju buke tokom rada  
4. Dodatne karakteristike: Sigurnosne funkcije: Automatizovana funkcija isključivanja u slučaju nepravilnosti, uključujući pregrevanje  
Jednostavan za upotrebu: Intuitivna digitalna kontrola, lako čitljiv ekran, jednostavno podešavanje parametara  
Održavanje: Lako čišćenje i održavanje, bez potrebe za specijalizovanim alatima  
Otpornost na visoke temperature: Dizajniran

da izdrži visoke temperature i dugotrajno korišćenje u laboratorijskim uslovima Kompatibilnost sa tečnostima: Pogodno za rad sa rastvorima, vodom, etanolom, acetonom i drugim laboratorijskim tečnostima 5. Prateća oprema: Podnožje: Gumirane nožice za stabilnost i sprečavanje vibracija Košara ili nosač: Opcionalno za lakšu manipulaciju sa malim predmetima tokom čišćenja (ako je primenjivo) Kablovi i priključci: Kabl za napajanje sa zaštitom od preopterećenja, siguran priključak 6. Pakovanje: Uređaj dolazi u čvrstoj i sigurno pakovanoj kutiji sa zaštitom od udaraca tokom transporta. Uputstvo za upotrebu i sertifikate kvaliteta su uključeni u pakovanju.

Ponudač PDG Professional Development Group doo Podgorica, je dostavio ponudu šifra 116751, i ponudio Ultrazvučno kupatilo za laboratorijsku upotrebu. Upravljačka ploča: Digitalna (LCD ekran) Kapacitet: 10 litara. Upotreba: Za čišćenje, dezinfekciju i ubrzavanje hemijskih reakcija pomoću ultrazvučnih talasa, **sa bitnim karakteristikama u odgovoru** : Ultrazvučno kupatilo za laboratorijsku upotrebu. Upravljačka ploča: Digitalna (LCD ekran) Kapacitet: 10 litara. Upotreba: Za čišćenje, dezinfekciju i ubrzavanje hemijskih reakcija pomoću ultrazvučnih talasa Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz (standardno), sa mogućnošću odabira za specifične aplikacije Powersupply: 220-240 V, 50/60 Hz Snaga: 240 W Regulacija temperature: Od 0 °C do 80 °C (mogućnost podešavanja prema specifičnim zahtjevima aplikacije) Upravljačka ploča: Digitalna sa LCD ekranom za lako podešavanje vremena, temperature i ultrazvučne snage Timer: Podešavanje vremena rada od 1 minuta do 99 minuta sa automatskim isključivanjem Ultrazvučni talasi: Stalna ili pulsirajuća emisija ultrazvučnih talasa, sa mogućnošću regulacije intenziteta Materijal rezervoara: Nerđajući čelik (visoke otpornosti na hemikalije i koroziju) Dimenzije (L x W x H): Približno 300 mm x 240 mm x 150 mm Poklopac: Poklopac od visokokvalitetnog materijala, otpornog na visoke temperature, koji omogućava uvid u rad uređaja bez potrebe za njegovim otvaranjem Unutrašnja zaštita: Sigurnosni prekidač za automatsko isključivanje u slučaju pregrevanja ili drugih nepravilnosti Korišćenje u okruženju: Za laboratorije 3. Karakteristike performansi: Efikasnost čišćenja: Visok nivo čišćenja čak i za male i teže dostupne delove uz pomoć snažnih ultrazvučnih talasa Konzistentna distribucija talasa: Homogena raspodela ultrazvučnih talasa kroz tečnost za ravnomerno čišćenje svih površina Brzina čišćenja: Brzo i efikasno uklanjanje prljavštine, taloga, ulja, masti i drugih zagađivača sa uzoraka Nizak nivo buke: Dizajniran za minimalizaciju buke tokom rada 4. Dodatne karakteristike: Sigurnosne funkcije: Automatizovana funkcija isključivanja u slučaju nepravilnosti, uključujući pregrevanje Jednostavan za upotrebu: Intuitivna digitalna kontrola, lako čitljiv ekran, jednostavno podešavanje parametara Održavanje: Lako čišćenje i održavanje, bez potrebe za specijalizovanim alatima Otpornost na visoke temperature: Dizajniran da izdrži visoke temperature i dugotrajno korišćenje u laboratorijskim uslovima Kompatibilnost sa tečnostima: Pogodno za rad sa rastvorima, vodom, etanolom, acetonom i drugim laboratorijskim tečnostima 5. Prateća oprema: Podnožje: Gumirane nožice za stabilnost i sprečavanje vibracija Košara ili nosač: za lakšu manipulaciju sa malim predmetima tokom čišćenja Kablovi i priključci: Kabl za napajanje sa zaštitom od preopterećenja, siguran priključak 6. Pakovanje: Uređaj dolazi u čvrstoj i sigurno pakovanoj kutiji sa zaštitom od udaraca tokom transporta. Uputstvo za upotrebu i sertifikate kvaliteta su uključeni u pakovanju. PROIZVODJAC: BANDELIN KATALOSKI BROJ:795 MODEL: SUPER RK 510 H.

Ponudač je uz ponudu dostavio brošure proizvođača za ponuđeni uređaj kako bi se moglo provjeriti da li stavke tražena specifikacijom, odgovaraju ponuđenim .

Provjerom karakteristika uređaja koje su tražene tehničkom specifikacijom sa dostavljenim bošurama, jasno i nedvosmisleno se utvrđuje da ponuđeni model "SUPER RK 510 H" ne odgovara karakteristikama iz tehničke specifikacije.

Naime, ponuđen je model koji nema digitalnu ploču sa LCD ekranom, već ploču sa dugmadima. Na dalje, tehničkom specifikacijom je zahtjevan kapacitet 10 litara, a ponuđeni model ima kapacitet 9,7 litara, zahtjevana je frekvencija ultrazvuka 40 kHz, ponuđen je model sa frekvencijom ultrazvuka 35kHz, zahtjevana je regulacija temperature od 0 °C do 80 °C, dok je kod ponuđenog modela od 30 °C do 80 °C. Takođe, tehničkom specifikacijom je zahtjevan timer:podešavanje vremena rada od 1 minuta do 99 minuta sa automatskim isključivanjem, a ponuđeni model nema automatsko isključivanje,

Kako je ovaj ponudač ponudio model uređaja koji ne posjeduje karakteristike tražene tehničkom specifikacijom, a imajući u vidu da se ti nedostaci ne mogu otkloniti naknadnim pojašnjenjem ponude, to je predmetna ponuda proglašena neispravnom u skladu sa članom 17 stav 1 alineja 4.Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.

#### VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Ponudač: /                     | Kontakt-osoba: /              |
| Adresa: /                      | Poštanski broj: /             |
| Grad: /                        | Identifikacioni broj (PIB): / |
| Telefon: /                     | Fax: /                        |
| Elektronska adresa (e-mail): / | Internet adresa: /            |

#### IX Cijena najpovoljnije ponude

/

Ovlašćeno lice naručioca :Zoran S. Vučinić, izvršni direktor

