

PREGLED POSTUPKA #93440

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE
PIB	02079127
E-mail	bebadziknic@gmail.com
Telefon	069/338-455
Internet adresa	--
Fax	--
Adresa	Svetosavska 33
Grad	Berane
Poštanski broj	84300

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Pacijent monitori
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	STANOJKA DZIKNIC
Kontakt	067/615-678
Datum objave	05.06.2025. 10:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Pacijent monitori	05.06.2025 10:15	09.06.2025 10:00	09.06.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Pacijent monitori 33100000 - Medicinska oprema	12.396,69 EUR	2.603,31 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) - Rješenje Instituta (bivše Agencije) za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore o upisu u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2	Obrazac 2
30 dana dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Maksimum 60 dana dana od dana otvaranja ponuda.	Rok izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
30 (trideset) dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljene fakture.	Rok plaćanja
KBC Berane, ulica Svetosavska 33, Berane	Mjesto izvršenja ugovora
Roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja

Ponuđač je dužan da dostavi: Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.) - U koliko neki od ponuđenih proizvoda ne pripadaju grupi medicinskih sredstava ponuđač je dužan da dostavi rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili izjavu proizvođača da se ponuđeni proizvod ne smatra medicinskim sredstvom. - Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: CE znak u zavisnosti od klase; Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; Deklaracija o konformitetu; Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača;	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slučaju da ponuđeno medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava jasno označi proizvod, partiju i poziciju na koju se dokument odnosi	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlaštenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlaštenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz- ovlaštenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda izdat od proizvođača (katalog, uputstvo, specifikacija ili drugi dokaz izdat od proizvođača).	Drugi uslovi
Garantni rok ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana instalacije i puštanja u rad ponuđenog sterilizatora. Ponuđač je dužan da navede ponuđeni garantni rok u izjavi koja će se dostaviti uz ponudu.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Rok isporuke

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.396,69 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pacijent monitor	1.1 Ekran minimalne dijagonale 15 inča osjetljiv na dodir 1.2 Pacijent monitor može da radi sa svim kategorijama pacijenata (odrasli, djeca i neonatusi) 1.3 Maksimalna težina monitora sa svim modulima 7kg 1.4 - pauziranje zvuka alarma - NIBP mjerenje - prikaz trendova - zamrzavanje krivih na ekranu - štampanje na integrisanom štampaču - ulazak u meni 1.5 Integrisan trokanalni termalni štampač; - širina trake za štampanje maksimalno 48mm; - mogućnost štampanja krivih u realnom vremenu - štampanje trendova (tabela i grafik) - štampanje proračuna titracije - štampanje pregleda aritmija - štampanje NIBP mjerenja - štampanje zamrznutih krivih 1.6 Prikaz minimum 13 krivih istovremeno 1.7 Praćenje 150 sati trendova. Skladištenje minimalno 1200 NBP mjerenja i 200 alarmnih događaja. 1.8 Monitor ima centralno postavljene signalne lampe za alarm. 1.9 Pacijent monitor posjeduje internu integrisanu bateriju sa mogućnošću rada na baterijsko napajanje minimum 5h. 1.10 Parametri koji se mogu mjeriti: - NIBP: - EKG - temperatura - SpO2 1.11 Uz monitor se isporučuje sledeći potrošni materijal za odrasle: - Komplet za mjerenje EKG (tri odvoda) - Komplet za mjerenje saturacije sa višekratnim senzorom za odrasle - Komplet za mjerenje NIBP za 3 višekratne manžetne različitih veličina - Komplet za mjerenje temeperature sa višekratnim senzorom	5,00 kom