

ZDRAVSTVENA USTANOVA
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR BERANE
BR: 3139
BERANE: 09.06.2025.GODINE

Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda:

Poštovani,

U tehničkoj specifikaciji predmetnog postupka zahtijeva se stavka 1.8 Monitor ima centralno postavljene signalne lampe za alarm.

Da li ovo podrazumijeva i da li je odgovarajuće ponuditi monitor koji ima signalne lampe za alarm postavljene na vidnom mjestu sa prednje strane monitora?

U skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/2023, 20/2023, 36/2023, 114/2023, 49/2024 i 114/2024), član 4, stav 4 tačka 3) i stav 5, Naručilac daje sledeći odgovor:

Naručilac će izvršiti izmjenu Zahtjeva za dostavljanje ponuda koji će glasiti 1.8 Monitor ima postavljene signalne lampe za alarm na vidnom mjestu sa prednje strane monitora.

Član komisije
Nikola Milošević

